

**МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
ОДЕЯЛ С ПОДОГРЕВОМ (ТЕРМООДЕЯЛО)**

	Параметр	Значения, свойства
1.	Назначение	
	Обогрев пациента. Профилактика и лечение гипотермии.	Автоматический контроль температуры одеяла.
	Возможность выполнять функцию бескаркасных носилок для переноски пациентов	ДА
2	Технические характеристики	
2.1	Термоодеяло	
	Размер полотна (в развернутом виде)	Не менее* 1800 x 1000мм и не более* 1800 x 1600мм
	Внешняя оболочка	Влагонепроницаемая грязеотталкивающая
	Возможность доступа к рукам пациента во время транспортировки не раскрывая одеяло полностью	ДА
	Максимальное рабочее напряжение в изделии	Не более* 13,5 В
	Максимальная потребляемая мощность	Не более* 80 Вт
2.1	Блок управления	
	Материал корпуса блока электронного управления	Ударопрочный, пластиковый, защита от капающей жидкости
	Расположение блока управления	На оболочке одеяла
	Габаритные размеры блока управления	Не менее* 150 x 80 x 30 мм
	Параметры внешнего питания	Бортовая сеть автомобиля 12 В
	Дискретность регулировки температуры, градусы Цельсия	0,1
	Поддержание заданной температуры	Автоматическое
	Программное ограничение задаваемой температуры	диапазона от плюс не менее* 25*С до плюс не более* 40*С с точностью (+ -) 0,5*С
	Сервоконтроль температуры	Посредством микропроцессора
	Режимы установки и отображения температуры	
	Диапазон отображения температуры	диапазона плюс Не менее* 25*С до плюс не более* 40*С
	Диапазон управления температурой	диапазона плюс Не менее* 25*С до плюс не более* 40*С
	Панель управления	Жидкокристаллические индикаторы, с цифровым отображением заданной и реальной температуры одеяла, температура пациента
	Тестирование блока электронного управления	Самотестирование после каждого включения
	Сигнализация о перегреве, неисправностях и нестандартных ситуациях	Звуковая и световая
	Сигнализация при отключении внешнего питания.	Звуковая и световая
	Время достижения заданной температуры термоизделия при комнатной температуре окружающей среды	Время достижения температуры 37*С на поверхности одеяла при температуре окружающей среды плюс 20*С не более* 30мин.
	Время непрерывной работы устройства	Без ограничения
	Соединение термоодеяла с блоком управления	Неразъемное
3.	Комплектация	
	Термоодеяло	1шт. (Одеяло-носилки медицинские с электроподогревом)
	Сумка для переноски	1шт.
	Эксплуатационная документация	1шт.
	Вес комплекта	Не более* 3,2 кг
4.	Документы и сервис	
	Декларация соответствия	Наличие
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзор	Наличие
	Документы на русском языке	Наличие
	Гарантия на медицинское изделие	Не менее* 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

Порядок оформления первой части заявок в части указания показателей товара:

- по каждому помеченному специальным знаком (*) показателю участники закупки указывают конкретные значения. При этом слова «не более», «не менее» должны быть исключены.

- по всем остальным показателям значения не подлежат изменению и указываются участниками закупки в соответствии с описанием объекта закупки, т.е. в случае перечисления нескольких характеристик через запятую, а также наличия характеристик, заключенных в скобки, указываются все из перечисленных.